




# 床ずれ防止用具

## 身体状況から見た床ずれ防止用具の選び方

### 床ずれが発生するといわれる 圧力の基準値

体にかかる圧力が毛細血管圧(32mmHg)を超えると毛細血管が閉塞状態になり、皮膚組織には血が通わなくなり、壊死します。



この表はあくまで目安です。医師または専門相談員まで必ずご相談ください。

### 寝返りができる

- 汗をよくかく
- 身体の一部にマヒがある
- 痛みを訴えることができない
- リハビリの実施を指導されている
- 特殊な体位制限がある

### 日常的な寝返りが困難

- 局所(仙骨)に骨突出がある
- 身体(特に下肢)に拘縮がある
- 尿失禁・便失禁がある
- 食事を口から食べることができない
- 局所以外の身体に浮腫がある
- 30分以上背あげポジションを継続する
- 定期的な体位変換が行えない

### 静止型

- 夢柔カグラン・スイート(P27)
- アルファプラ L(P27)
- キュオラ(P27)
- アルファプラ F(P28)
- ナーセントコンタ(P28)
- ナーシングラグ  
マットレス(P28)

### 圧切替型

- こちあ利楽(P29)
- ステージア(P29)
- マイクロライメイト  
ネクサスアイビー(P30)
- マイクロライメイト  
ビッグセルアイズ(P30)
- インフィニティ  
ビッグセル∞(P30)
- スコープライト(P31)
- オスカー(P31)
- こちあ利楽 flow(P31)

	汗をよくかく	身体の一部にマヒがある	痛みを訴えることができない	リハビリの実施を指導されている	特殊な体位制限がある	局所(仙骨)に骨突出がある	身体(特に下肢)に拘縮がある	尿失禁・便失禁がある	食事を口から食べることができない	局所以外の身体に浮腫がある	30分以上背あげポジションを継続する	定期的な体位変換が行えない
夢柔カグラン・スイート(P27)		○	○	○				○				
アルファプラ L(P27)	○	○	○	○								
キュオラ(P27)	○	○	○	○								
アルファプラ F(P28)		○	○	○		○	○					
ナーセントコンタ(P28)	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○
ナーシングラグ マットレス(P28)	○	○	○	○		○	○		○	○	○	
こちあ利楽(P29)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ステージア(P29)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
マイクロライメイト ネクサスアイビー(P30)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
マイクロライメイト ビッグセルアイズ(P30)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
インフィニティ ビッグセル∞(P30)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スコープライト(P31)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
オスカー(P31)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
こちあ利楽 flow(P31)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○