




床ずれ防止用具

身体状況から見た床ずれ防止用具の選び方

床ずれが発生するといわれる 圧力の基準値

体にかかる圧力が毛細血管圧(32mmHg)を超えると毛細血管が閉塞状態になり、皮膚組織には血が通わなくなり、壊死します。



この表はあくまで目安です。医師または専門相談員まで必ずご相談ください。

寝返りができる

- 汗をよくかく
- 身体の一部にマヒがある
- 痛みを訴えることができない
- リハビリの実施を指導されている
- 特殊な体位制限がある

日常的な寝返りが困難

- 局所(仙骨)に骨突出がある
- 身体(特に下肢)に拘縮がある
- 尿失禁・便失禁がある
- 食事を口から食べることができない
- 局所以外の身体に浮腫がある
- 30分以上背あげポジションを継続する
- 定期的な体位変換が行えない

身体状況	商品名	寝返りができる					日常的な寝返りが困難							
		汗をよくかく	身体の一部にマヒがある	痛みを訴えることができない	リハビリの実施を指導されている	特殊な体位制限がある	局所(仙骨)に骨突出がある	身体(特に下肢)に拘縮がある	尿失禁・便失禁がある	食事を口から食べることができない	局所以外の身体に浮腫がある	30分以上背あげポジションを継続する	定期的な体位変換が行えない	
静 止 型	夢柔カグラン・スイート(P27)	○	○	○				○						
	キュオラ(P27)	○	○	○	○									
	ウェブリー マットレス(P27)		○	○	○	○								
	アルファプラ L(P28)	○	○	○	○									
	アルファプラ F(P28)		○	○	○			○	○					
	ナーシングラグ マットレス(P28)	○	○	○	○			○	○		○	○	○	
圧 切 替 型	ステージア(P29)	○	○	○	○	○								
	オスカー(P29)	○	○	○	○	○	除湿機能						○	○
	マイクロクライメイト ネクサスアイビー(P30)	○	○	○	○	○	ファン モーター 内蔵						○	○
	マイクロクライメイト ビッグセルアイズ(P30)	○	○	○	○	○	ファン モーター 内蔵						○	○
	インフィニ ビッグセル∞(P30)	○	○	○	○	○	換気 モード				○	○	○	○
	アルファプラ ネオート(P31)		○	○	○									○
	スコープライト(P31)	○	○	○	○	○	むれ 対策				○	○	○	○
こちあ利楽 flow(P31)	○	○	○	○	○					○	○	○	○	

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。
※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。