
床ずれ防止用具

身体状況から見た床ずれ防止用具の選び方

床ずれが発生するといわれる圧力の基準値

体にかかる圧力が毛細血管圧(32mmHg)を超えると毛細血管が閉塞状態になり、皮膚組織には血が通わなくなり、壊死します。



Landis:1930

この表はあくまで目安です。医師または専門相談員まで必ずご相談ください。

		寝返りができる					日常的な寝返りが困難						
		特殊な体位制限がある	リハビリの実施を指導されている	痛みを訴えることができない	身体の一部にマヒがある	汗をよくかく	定期的な体位変換が行えない	30分以上背あげポジションを継続する	局所以外の身体に浮腫がある	食事を口から食べることができない	尿失禁・便失禁がある	身体(特に下肢)に拘縮がある	局所(仙骨)に骨突出がある
静止型	夢柔力グラン・スイート(P27)		◎	◎	◎						◎		
	キュオラ(P27)		◎	◎	◎	◎							
	ウェブリーマットレス(P27)	○	○	○	○								
	アルファプラ L(P28)		◎	◎	◎	◎							
	アルファプラ F(P28)		○	◎	◎							◎	○
	ナーシングラッグマットレス(P28)		◎	◎	◎	◎		○	○	○		○	○
圧切替型	ステージア(P29)	◎	◎ リハビリモード	○	○	◎		○	○	◎	◎	○	○
	オスカー(P29)	◎	◎ リハビリモード	◎	◎	◎ 除湿機能	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎ 背上げモード
	マイクロクライメイトネクサスアイビー(P30)	○	◎	○	◎	◎ ファンモーター内蔵	○	○	○	◎	◎	○	◎ 背上げ時の圧切替
	マイクロクライメイトビッグセルアイズ(P30)	◎	◎ クイックモード	○		◎ ファンモーター内蔵	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎ 角度・時間管理アシスト機能
	ビッグセル∞インフィニティ(P30)	○	◎ クイックモード	○		◎ 換気モード	◎	◎ 拘縮対応モード	◎	◎	◎	◎	◎ 自動ヘッドアップ対応機能
	アルファプラネオート(P31)		○	○	◎		○	○	○		○		◎ 自動体位変換
	スコープライト(P31)	◎	◎	◎	◎	◎ むれ対策	◎ 体圧調整	◎	◎	◎	◎	◎ 体圧調整	◎ 全自動
	ここちあ利楽 flow(P31)	◎	◎ しっかりモード	◎	◎	◎	◎ 自動調圧	○	◎	◎	◎	◎ 自動調圧	◎ 自動体位変換

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。
※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。